

شاخصه های دستگاههای غربالگر عیوب انکساری :

- ۱- دستگاه غربالگر عیوب انکساری قابلیت حمل در کیف مخصوص را داشته باشد.
- ۲- دستگاه قابلیت تنظیم بر اساس شاخص های غربالگری کودکان گروه سنی ۳ تا ۶ سال را در طیف مشخص شده از میوپیا ، هیپروپیا ، آستیگماتیسم و آنیزومتروپیا داشته باشد.
- ۳- دستگاه قابلیت ارتقا و سرویس در محل را داشته باشد و نیازی به ارسال دستگاه به خارج از کشور وجود نداشته باشد.
- ۴- دستگاه استحکام لازم در بکارگیری توسط تیم های سیار را داشته باشد.
- ۵- دستگاه قابلیت ارائه نتایج غربالگری بر مبنای شاخصهای معین را داشته باشد.
- ۶- دستگاه قابلیت ذخیره نتایج آزمون به همراه مشخصات کودک را داشته باشد.
- ۷- دستگاه دارای سیستم جلب توجه کودک در هنگام اجرای آزمون باشد.
- ۸- انجام آزمون توسط دستگاه ، نیاز به استفاده از هیچ گونه دارو نداشته باشد.
- ۹- دستگاه، قابلیت غربالگری هم زمان از هر دو چشم را داشته باشد.
- ۱۰- در صورت نیاز دارای باتری قابل شارژ اضافی باشد.
- ۱۱- باتری دستگاه می بایست توسط اپراتور به سادگی قابل تعویض باشد.
- ۱۲- نمایش اطلاعات آزمون به صورت نوشتاری باشد.
- ۱۳- دستگاه دارای گارانتی بمدت ۲ سال از تاریخ نصب دستگاه و ۵ سال خدمات پس از فروش باشد.
- ۱۴- شرکت دارای حداقل ۲ سال نمایندگی انحصاری تایید شده اتاق بازرگانی و تایید سفارت جمهوری اسلامی در همان کشور جهت فروش و خدمات پس از فروش را ارائه دهد.
- ۱۵- راهنمای کاربر دستگاه غربالگری به زبان فارسی در اختیار قرار داده شود.
- ۱۶- شرکت موظف است هنگام تحویل دستگاه ، آموزش لازم کاربادستگاه را به افراد تعیین شده ارائه دهد.